

## Údaje o tomto držiteli „pasu“

Jméno: \_\_\_\_\_

**Vezměte prosím na vědomí níže uvedené konkrétní problémy související s Parkinsonovou chorobou, které by mohly ovlivnit mou cestu.**

Zaškrtněte prosím příslušná políčka:

- Moje řeč a schopnost komunikace**
- Moje koordinační schopnosti**
- Moje mobilita**
- Mám implantát hluboké mozkové stimulace (DBS), který vyžaduje, abych se vyhýbal zařízením obsahujícím elektromagnety. Moje zařízení je umístěno v mém hrudníku nebo břiše a kabely jsou vedeny po krku a do pokožky hlavy.**
- Mám infuzní pumpu k podávání léků a budu s sebou nosit související přístroje. Pumpa se obvykle nosí ve vyhrazeném pouzdře nebo je připevněna blízko pasu. Lze ji bezpečně používat v letadlech a nebude rušit přístroje v letadle, a to ani během vzletu a přistání.**

# Parkinsonův Pas

DŮLEŽITÉ LÉKAŘSKÉ INFORMACE



parkinson's  
europe

- Věci, které si můžeme potřebovat vzít s sebou**
- Léky potřebné během letu nebo cestování (pilulky, tablety nebo náplasti).
  - Nezbytné medicínské pomůcky, jako jsou infuzní pumpy a injekční pera.
  - Předplněné injekční stříkačky nebo ampule.
  - Kanyly (krátké, tenké trubice) zavedené do těla.

- Přístupnost a podpora**
- Na check-in nebo recepci můžeme potřebovat více času, než obvykle. Prosíme, počítejte s tím.
  - Budte trpěliví, když chodíme, mluvíme a jíme – multitasking není snadný.
  - Sbíraní věcí může být obtížné.
  - Mějte na paměti, že Parkinsonova choroba postihuje obličejové svaly a úsměv může být obtížný. Možná vám nebudeme moci odpovědět tak, jak byste si přáli.
  - Netlačte nás ani netahajte, pokud se nám obtížně hýbe.
  - Je to snazší, když pijeme v sedě.
  - Pokud uvidíte, že někdo z nás má potíže, prosíme, neodcházejte se, zda nepotřebujeme pomoc.

- Systemy, které ovlivňují implantát, jsou:**
- Tělesné skenery na letišťích.
  - Zařízení jako detektory krádeže (tj. ty, které se používají u vchodů a východů z obchodů).
  - Elektrická zařízení, jako například svářecí stroje.
  - Mikrovlňné vysíláče.
  - Výkonové zesilovače.
  - Domácí spotřebiče, které obsahují magnety, jako jsou ledničky, stereo reproduktory a elektrické nářadí.
- Implantát pro hlubokou mozkovou stimulaci může být ovlivněn elektrickými nebo magnetickými stroji (viz seznam níže).
- Proto bych se měl takovým zařízením vyhýbat, nebo se od nich dostat co nejdále.
- Pokud je nutná tělesná prohlídka, musí být provedena manuálně bezpečnostními pracovníky.
  - Ruční bezpečnostní sondu lze použít, ale NESMÍ být umístěna nad neurostimulátorem, který je umístěn v mém hrudníku nebo břiše.

**Vyhýbání se letišťím a jiným bezpečnostním a detekčním/skenovacím zařízením**

## Nouzové kontakty

1. Jméno: \_\_\_\_\_

Vztah ke mně: \_\_\_\_\_

Telefon (včetně předvolby země): \_\_\_\_\_

2. Jméno: \_\_\_\_\_

Vztah ke mně: \_\_\_\_\_

Telefon (včetně předvolby země): \_\_\_\_\_

Lékař: \_\_\_\_\_

Adresa ordinace: \_\_\_\_\_

Telefon (včetně předvolby země): \_\_\_\_\_

Podpis nebo razítko lékaře:

Datum:     /     /

## Pomoc s podáváním léků

Je velmi důležité, abych dostával(a) správnou dávku svých léků ve správný čas. Níže uvedená tabulka uvádí tyto podrobnosti:

Název léku: \_\_\_\_\_

Dávkování: \_\_\_\_\_

Načasování: \_\_\_\_\_

Název léku: \_\_\_\_\_

Dávkování: \_\_\_\_\_

Načasování: \_\_\_\_\_

Název léku: \_\_\_\_\_

Dávkování: \_\_\_\_\_

Načasování: \_\_\_\_\_

## V případě lékařské pohotovosti

**Tyto léky NEPODÁVEJTE lidem s Parkinsonovou chorobou.**

- **Léky proti zvracení** – jako je metoklopramid, cyklizin, prochlorperazin. Pokud je nutné podat antiemetikum, měl by se použít domperidon.
- **Antipsychotika** – haloperidol by se neměl užívat a lékem volby je kветiapin. Pokud není kветiapin tolerován, lze zvážit jiná atypická antipsychotika (např. risperidon, olanzapin).
- **Léky proti bolesti** – Pethidin a jiné opioidy by se neměly užívat současně se selegilinem a rasagilinem.

### Během operace

- Pokud je nutná lokální anestezie, je třeba adrenalin podávat s opatrností.
- **Infuzní léčba pomocí pumpy Duodopa** může pokračovat tak dlouho, jak je povoleno užívat tekutiny a léky perorálně. Během operace může být pumpa vypnuta.
- **Léčba infuzí apomorfínu pomocí pumpy** může pokračovat před operací, během ní a po ní.

### Léčba a chirurgický zákrok (pokračování)

- Pokud mám implantát pro hlubokou mozkovou stimulaci (DBS), může být moje DBS během operace vypnuta a může být použita pouze bipolární diatermie.

### Neměl/a bych podstupovat následující léčebné postupy nebo terapie:

- Magnetická rezonance (MRI), pokud to není výslovně schváleno poskytovatelem mého systému
- Jakákoli terapie zaměřená na místo implantace, včetně ultrazvuku, elektrolýzy, radioterapie, elektrochirurgie a elektromagnetizace
- Rentgenové snímky, které stlačují oblast(y) implantace (jsou povoleny i jiné rentgenové snímky)
- Ultrazvuk pro čištění zubů
- Defibrilace srdce
- Jakýkoli lékařský zákrok, při kterém mým tělem prochází elektrický proud z vnějšího zdroje, musí být používán s opatrností.